

厚生労働省委託事業

(2020/12/25)

「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査業務」における調査結果

表題の調査において提供されたサンプル試料の検査結果をお知らせします※1

- ・ 調査の報告書については、[こちら](#)（厚生労働省のサイトに遷移します）をご確認ください
- ・ 詳しい調査結果は、[こちら](#)をご確認ください


1 サンプル試料の陽性(+)/陰性(-)の判定※2
正答率100%

試料No.	回答	正解	結果
1	+	+	一致
2	+	+	一致
3	-	-	一致
4	+	+	一致
5	+	+	一致
6	-	-	一致

2 陽性サンプルのCt値に関し
SDI値 全試料±2以内
(標準偏差指数)

試料No.	SDI値	グラフ
1	0.646	
2	0.376	
3	集計対象外	集計対象外
4	0.784	
5	1.887	
6	集計対象外	集計対象外

棒グラフは、SDI値が ±4 の範囲



※1 本調査に対する結果であり、PCR検査の正確性を保証するものではありません

※2 陽性(+)/陰性(-)の基準は、Threshold Cycle(Ct)値でメーカー指定値の40を用いて判断しており
新型コロナウイルス感染症の陽性・陰性を直ちに意味するものではありません