

# ◆検査結果フィードバックのサンプル

## 検査結果報告

検体受付日 2021/01/12  
結果報告日 2021/01/12  
報告件数 5

企業名	検体ID	検査日	Ct値 (CP)	備考・特記事項
XXX	000000001	2021/01/12	--	
XXX	000000002	2021/01/12	35.41	医療機関などへ要相談
XXX	000000003	2021/01/12	--	
XXX	000000004	2021/01/12	40.34	要再検査
XXX	000000005	2021/01/12	--	

※1 弊社では、タカラバイオ株式会社の「SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit」を使用して、PCR検査を実施しています。

※2 ※1の測定器の基準では、測定値 (Ct値) が40以下の場合「陽性疑い (ウイルス検出)」、  
40より大きい場合または不検出 (Ct値の表記が「--」) の場合には、検出限度以下と判定されております。

ただし、測定値 (Ct値) が40より大きい場合には非常に微量の新型コロナウイルス遺伝子が存在する可能性があります。

※3 本PCR検査は、診断目的で実施したものではありません。検査結果の取扱いには十分ご注意ください。

### ■注意事項

- ① 発熱や咳などの症状がある場合は、身近な医療機関に相談をお願いします。
- ② 検査結果が「陽性疑い (ウイルス検出)」の場合は、所属される企業・団体様の方針に基づき医療機関に相談をお願いします。
- ③ 医療機関連への相談時には、本PCR検査の結果をお伝えください。相談の結果、医療機関で再度検査が必要になる場合があります。
- ④ 医師により新型コロナウイルスに感染したと診断された場合、その後の対応は医師の指示に従って頂くようお願いします。
- ⑤ 検査では、偽陰性や偽陽性が発生する可能性があります。また、唾液採取時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があるため、引き続き感染予防に努める必要があります。
- ⑥ ⑤の理由により、当社では、新型コロナウイルス感染症に感染していないことに関する証明書の発行は致しかねます。

検査責任者 SB新型コロナウイルス検査センター株式会社  
〇〇〇検査センター  
〇〇〇〇

Ct値40以下

陽性の  
可能性有り

Ct値40超

検出限度以下  
微量の遺伝子の存在  
の可能性あり

--  
検出限度以下

# ◆検査結果に対する対応検討表

## 検査結果を受けた後の対応方針を予めご決定ください

			方針記入欄	【選択肢例】			
陽性疑い 40以下	隔離対応	待機先		自宅待機（日間）	ホテル手配（日間）	隔離しない	その他
		勤怠管理		テレワーク	有給休暇	無休	その他
	受診相談センター または医療機関との連携	連絡者		本人連絡	その他		
		移動手段		本人手配	会社手配	手配しない	その他
陰性（40超）	隔離対応	待機先		自宅待機（日間）	ホテル手配（日間）	隔離しない	その他
		勤怠管理		テレワーク	有給休暇	無休	その他
	再検査	検査		唾液PCR（日後）	病院（自由診療）	再検査しない	その他
		移動手段		本人手配	会社手配	手配しない	その他