

検査結果報告

検体受付日 2021/01/12  
 結果報告日 2021/01/12  
 報告件数 6

企業名	検体ID	検査日	Ct値 (CP)	備考・特記事項
XXXXXXXXXX	000000001	2021/01/12	--	
XXXXXXXXXX	000000002	2021/01/12	35.41	医療機関などへ要相談
XXXXXXXXXX	000000003	2021/01/12	--	
XXXXXXXXXX	000000004	2021/01/12	40.34	要再検査
XXXXXXXXXX	000000005	2021/01/12	--	
XXXXXXXXXX	000000006	2021/01/12	判定不可	検体不良 (検体量不足等)

Ct値40以下

陽性の  
可能性あり

Ct値40超

検出限度以下  
微量の遺伝子の存在  
の可能性あり

--

検出限度  
以下

判定不可

検体不良  
(検体量不足等)

- ※1 測定器の基準では、測定値 (Ct値) が40以下の場合には「陽性疑い (ウイルス検出)」、40より大きい場合または不検出(Ct値の表記が「--」)の場合には、検出限度以下と判定されております。ただし、測定値 (Ct値)が40より大きい場合には非常に微量の新型コロナウイルス遺伝子が存在する可能性がございます。
- ※2 本PCR検査は、診断目的で実施したものではありません。検査結果の取扱いには十分ご注意ください。
- ※3 検査の詳細についてはホームページを参照ください。

■注意事項

- 発熱や咳などの症状がある場合は、身近な医療機関に相談をお願いします。
- 検査結果が「陽性疑い (ウイルス検出)」の場合は、所属される企業・団体様の方針に基づき医療機関に相談をお願いします。
- 検査結果が「判定不可」の場合、検体量が不足している場合や、食物、血液等のPCR検査を阻害するものが入っていた可能性があります。別途、料金がかかりますが、可能であれば、適切な唾液採取を行い再検査を受けて頂くようお願い致します。
- 医療機関連への相談時には、本PCR検査の結果をお伝えください。相談の結果、医療機関で再度検査が必要になる場合があります。
- 医師により新型コロナウイルスに感染したと診断された場合、その後の対応は医師の指示に従って頂くようになります。
- 検査では、偽陰性や偽陽性が発生する可能性があります。また、唾液採取時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても感染早期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があるため、引き続き感染予防に努める必要があります。
- ⑥の理由により、当社では、新型コロナウイルス感染症に感染していないことに関する証明書の発行は致しかねます。

検査責任者

SB新型コロナウイルス検査センター株式会社  
 ○○検査センター  
 ○○ ○○

# 検査結果を受けた後の 対応方針をあらかじめご決定ください

			方針記入欄	選択肢例
陽性疑い 40以下	隔離対応	待機先		自宅待機（日間）・ホテル手配（日間）・隔離しない・その他
		勤怠管理		テレワーク・有給休暇・無休・その他
	受診相談センター または 医療機関との連携	連絡者		本人連絡・その他
		移動手段		本人手配・会社手配・手配しない・その他
陰性 (40超)	隔離対応	待機先		自宅待機（日間）・ホテル手配（日間）・隔離しない・その他
		勤怠管理		テレワーク・有給休暇・無休・その他
	再検査	検査		唾液PCR（日後）・病院（自由診療）・再検査しない・その他
		移動手段		本人手配・会社手配・手配しない・その他